



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812200400526214

单位信息 Company information

委托单位 Consignor	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. 江苏省丹阳市云阳工业园（振新路南） Yunyang industrial park, danyang city, jiangsu province (south zhenxin road) 0511-86391768 15921511944@139.com www.yuyue.com.cn
生产单位 Manufacturer	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. 江苏省丹阳市云阳工业园（振新路南） Yunyang industrial park, danyang city, jiangsu province (south zhenxin road) 0511-86391768 15921511944@139.com www.yuyue.com.cn
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号, 200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn

电池信息 Battery information

名称 Name	二氧化锰锂电池 Lithium Manganese Dioxide Battery	品牌 Brand	/
型号 Type	NRL01C	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	12	容量/能量 Capacity/energy	4.2Ah
描述 Description	不可充电锂金属电池组 Primary Li-metal battery	锂含量(g) Li content	7.2
质量(kg) Mass	0.307	外观 Appearance	黑色塑胶外壳 black plastics cement shell

测试信息 Test information

原报告编号 Original test report No.	1122030592	测试报告日期 Date of test report	2022-05-11
测试标准 Test standard	联合国《试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.7		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	/	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/






UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812200400526214

样品图片 Sample Picture



样品可
章

结论 Conclusion	测试样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3		
备注 Remark	/		
签名 Signature 职务 Title	王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date	检验检测专用章 (28) 2022-05-16

-验证码:081117-

报告结束